

# **SCHEDA TECNICA**

# Rev 00

Giugno 2012

# 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## ALZAMALATI ELETTRICO


Codice	Descrizione
SA-160	Alzamalati elettrico

#### **Indicazioni**

Dispositivo destinato al trasferimento in sicurezza di persone disabili o anziane in ambito ospedaliero, comunitario o familiare.

#### **Descrizione**

Alzamalati con struttura in acciaio completo di imbragatura standard. Gambe divaricabili con sistema a pedale. Ruote piroettanti dotate, nella sola parte posteriore, di freni di stazionamento.



#### **Descrizione imbragatura**

Imbragatura sagomata a fasce avvolgenti per il contenimento della schiena e delle cosce. Portata massima 170 kg.

#### Normativa di riferimento

UNI EN ISO 10535:2007 - Sollevatori per il trasferimento di persone disabili. Requisiti e metodi di prova IP 55 - Grado di protezione contro polvere e getti d'acqua

#### Condizioni ambientali di utilizzo e modalità di conservazione

Utilizzo in ambienti esterni:

temperatura da 0° C a 50° C;

umidità relativa 10% a 90% (non condensata).

L'alzamalati deve essere conservato in ambiente asciutto con una temperatura compresa tra  $-10^{\circ}$  C e  $70^{\circ}$  C .



www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## **SCHEDA TECNICA**


Rev 00


Giugno 2012

#### Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361

### ALZAMALATI ELETTRICO

Dati tecnici





Apertura gambe della base **670-1050 mm**Larghezza max telaio parte posteriore **615 mm**Lunghezza gambe **1070 mm**Altezza max bilanciere da terra **1540 mm**Altezza min bilanciere da terra **630 mm**Altezza gambe da terra **150 mm**Ruote anteriori diametro **100 mm**Ruote posteriori con freno diametro **100 mm** 

Portata massima 150 kg

Peso netto 36 kg

**Confezione** 

1 pezzo

**Garanzia** 

Sollevatore: 24 mesi per difetti di fabbricazione

Dalla garanzia sono esclusi:

- danni dovuti al trasporto se non comunicati al momento della consegna dello spedizioniere;
- riparazioni effettuate da personale non autorizzato;
- parti soggette a normale usura;
- danni causati da dolo o cattivo utilizzo;
- modifiche o alterazioni del dispositivo.

Codice CND Numero di repertorio Z12069001 623635/R

**Produttore** 

**INTERMED** srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE